



**USINE :** \_\_\_\_\_ **Type de reprocesseur :** \_\_\_\_\_

Les endoscopes énumérés ci-dessous sont actuellement utilisés par le site. Tout endoscope ajouté à ce site doit être vérifié afin d'utiliser le montage adéquat. On peut identifier le bon montage en se référant aux matrices de montage de l'endoscope pour la marque et le modèle de celui-ci; on peut les retrouver sur le site Internet de Medivators au : [www.minntech.com/medivators](http://www.minntech.com/medivators).

Seuls les montages d'endoscope validés par Medivators peuvent être utilisés. Les montages Medivators permettent une connexion adéquate de l'endoscope et du débit de fluide, critique pour s'assurer que l'endoscope et l'intérieur des canaux sont désinfectés au plus haut niveau. Les montages NE PEUVENT PAS être modifiés ou altérés. L'utilisation de montages altérés est strictement interdite et N'ASSURERA PAS la décontamination de l'endoscope ou la sécurité du patient; ils ne devraient donc pas être utilisés.

**INFORMATION SUR L'ENDOSCOPE (ne remplissez que les champs non-ombragés seulement)**

#	MARQUE	MODÈLE NO	NO DE SÉRIE	ID DE L'ENDOSCOPE	MONTAGE NO	PARAMÈTRE CONFIGURÉ	CODE À BARRES
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							

**Ceci confirme que la mise en service a été effectuée à notre satisfaction.**

Représentant du site : \_\_\_\_\_ (Imprimer) Titre : \_\_\_\_\_

Signature : \_\_\_\_\_ Courriel : \_\_\_\_\_ DATE : \_\_\_\_\_

Fournisseur de service : \_\_\_\_\_ (Imprimer) Signature : \_\_\_\_\_ DATE : \_\_\_\_\_

Imprimez une copie de cette feuille pour le représentant du site et télécopiez le formulaire complété à :

**Assistance technique Medivators : TÉLÉCOPIEUR 1-866-421-7696**  
[www.minntech.com/medivators](http://www.minntech.com/medivators) • Numéro d'appel gratuit : 1-800-444-4729



Les noms des opérateurs sont entrés dans Advantage Plus pour des besoins de suivi. Veuillez fournir les informations suivantes afin que les utilisateurs du Advantage Plus puissent être entrés et les numéros de code à barres soient assignés.

INFORMATION DE L'OPÉRATEUR					
	NOM	CONNEXION	MOT DE PASSE	GROUPE	CODE À BARRES
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					