JOURNAL DE CHANGEMENT DE FILTRE Advantage® Plus

NUMÉRO DE SÉRIE : _____

		FILTRES À EAU					FILTRES À AIR (MF01-0028)		
BASSIN FILTRE de purge (MF01-0059)		1 MICRON (MF01-0070)	0,4 MICRON (MF01-0071)	0,1 MICRON (MF01-0069)	DÉSINFECTION DE LA LIGNE D'EAU (Effectuée lors du remplacement du filtre 0,1 micron)				FILTRE À CHARBON pour la gestion de vapeur (MF01-0068) À l'arrière de l'unité
GAUCHE	DROIT						GAUCHE (X2)	DROIT (X2)	
MENSUEL		PRESSION INFÉRIEURE À 35 PSI OU À TOUS LES 3 MOIS		À TOUS LES 6 MOIS (MAX.)	ENCERCLEZ UN CHOIX		À TOUS LES 6 MOIS		À TOUS LES 6 MOIS
Date/Initiales	Date/Initiales	Date/Initiales	Date/Initiales	Date/Initiales			Date/Initiales	Date/Initiales	Date/Initiales
					OUI	NON			
					OUI	NON			
					OUI	NON			
					OUI	NON			
					OUI	NON			
					OUI	NON			
					OUI	NON			
					OUI	NON			
					OUI	NON			
					OUI	NON			
					OUI	NON			
					OUI	NON			
					OUI	NON			
					OUI	NON			
					OUI	NON			
					OUI	NON			
					OUI	NON			
					OUI	NON			
					OUI	NON			
					OUI	NON			
					OUI	NON			
					OUI	NON			
					OUI	NON			

www.minntech.com/medivators • Numéro d'appel gratuit : 1-800-444-4729

Le retraitement d'endoscope comme il se doit d'être

MEDIVATORS

© MINNTECH CORPORATION Tous droits réservés. 50092-572/A